

ESPECIFICAÇÃO

ARGAMASSADEIRA MECÂNICA/ELÉTRICA, 220 Volts. (PARA MISTURAS DE CIMENTOS E ARGAMASSAS) NBR NM 52; NBR 7215

CÓDIGO: VC-370

Argamassadeira com motor de 3HP, 220 volts trifásica com 2 velocidades sendo 140rpm em baixa e 285rpm em alta rotação.

Acompanha;

1 cuba com capacidade de 5 litros

1 Painel com display digital e comando temporizado ou através de comando manual.

Acessórios e Reposição:

Vc-371 - Pá (batedor) Para Argamassadeira de 5 Litros em Aço.

Vc-372 - Cuba Para Argamassadeira em Aço, Capacidade 5 Litros.



:: ESPECIFICAÇÃO ::

Permeabilímetro de Blaine Automático

Código: PV-981

NBR NM 76; NBR 7224; EN 196 4.257.220

Para determinação da superfície específica do cimento. Expressa resultados em cm^2/g diretamente, sem a necessidade de complicadas conversões e uso de ábacos. O ensaio é feito sem a intervenção do operador.

Tensão: 220V acompanha 1 Tubo em "U" reserva para Permeabilímetro de blaine automático + amostra padrão para aferição do equipamento.

Código: VC-303

Amostra Padrão de Cimento para calibração de aparelho permeabilímetro de Blaine. Frasco com 18g. (Acompanha certificado). Conforme normas: NBR 7224 e NBR NM 76.



:: ESPECIFICAÇÃO ::

Mesa de Adensamento por Choque

Código: VC-922

NBR 13279-05

Para formas 4X4X16cm, com forma e espátula. Possui contador de quedas digital com programação de 01 a 99 quedas. O equipamento realiza o ciclo de quedas programado e a mesa de queda paralisa ao final da programação do operador.

Tensão: 220 volts.



ESPECIFICAÇÃO

APARELHO VICAT COMPLETO (PARA ENSAIO DE CIMENTO PORTLAND) ABNT-MB-1 - ASTM C-187

CÓDIGO: VC-360

ACESSÓRIOS:

- AGULHA
- SONDA
- MOLDE CÔNICO
- FORMA $\varnothing = 80 \times 40 \text{mm}$

